

BF-151【禁忌・注意事項】

トリートメント前にご確認ください。



下記のような医療電気機器との併用は、機器に誤作動をまねく恐れがありますので、BF-151 のトリートメントを受けないでください。

ペースメーカー等の体内植込み型医用電気機器

人工心肺等の生命維持用医用電気機器

心電計等の装着型医用電気機器

【以下のいずれかに当てはまる方及び部位は、トリートメントが受けられません】

- ☒ 脊柱の骨折、捻挫、肉離れなど急性（疼痛性）疾患の方
- ☒ 心臓に障害のある方
- ☒ 生理時の腹部
- ☒ 伝染性疾患の方
- ☒ 適用部位の知覚障害のある人
- ☒ 紫斑病などの内出血しやすい方
- ☒ 骨粗鬆症など簡単に骨折する方
- ☒ その他医師の治療を受けている人や体に異常のある方
- ☒ 悪性腫瘍のある方
- ☒ 妊産婦
- ☒ 熱の高い方（38℃以上）
- ☒ 適用部位の皮膚の損傷・炎症・その他異常のある方
- ☒ 糖尿病などによる高度な末端循環障害による知覚障害のある方
- ☒ 重度な血行障害のある部位
- ☒ 萎縮性拘縮を起こしている皮膚表面
- ☒ 病名などがはっきりしていない方
- ☒ 安静を必要とする方
- ☒ 血管障害の恐れのある血圧異常の方
- ☒ アトピー性皮膚炎の方
- ☒ 日焼けなどで皮膚に炎症を起こしている部位
- ☒ 皮膚が化膿し炎症を起こしている部位
- ☒ かゆみやほてりのあるシミや病的なシミのある方
- ☒ ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
- ☒ てんかん症状のある方
- ☒ 狭心症の方
- ☒ アレルギー体質で特にお肌が敏感な方
- ☒ 多発性硬化症の方
- ☒ 体内に金属やプラスチックの入っている部位
- ☒ 過去に筋腫の手術または治療を受けたことがある部位

※健康がすぐれない時は、無理にトリートメントをしないでください。

